檔　　號:
保存年限:

臺北市政府衛生局 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號1樓東南區
承辦人：曾巧旻
電話：1999(外縣市02-27208889)轉1045
傳真：(02)2720-5321
電子信箱：aw2903@gov.taipei

受文者：臺北市藥師公會

發文日期：中華民國115年6月9日
發文字號：北市衛食藥字第11531074492號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：案內相關資料1份 (43515115_11531074492_1_ATTACH1.odt)

主旨：有關衛生福利部食品藥物管理署監測獲悉荷商波士頓科技有限公司台灣分公司持有之「"波士頓科技"消化道氣球擴張導管（衛署醫器輸字第011468號）」及「“波士頓科技”希爾意消化道氣球擴張導管（衛部醫器輸字第025513號）」醫療器材回收訊息一案，請轉知所屬會員配合回收事宜，請查照。

說明：

一、依據衛生福利部115年6月5日衛授食字第1151605885號函暨衛生福利部食品藥物管理署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」MT051150536號通報案辦理。

二、查本案回收訊息略以，受影響產品包裝可能受損，導致無菌狀態可能失效，故原廠啟動回收作業。本案受影響產品如附件所列。

三、依據醫療器材管理法第58條第2項規定，本案所涉醫事機構、其他醫療器材商及藥局應配合本案回收作業，未配合者得依同法第71條第11款規定處辦。

四、為確保民眾使用醫療器材之權益，請轉知所屬會員，倘有販售旨揭醫療器材，應配合廠商回收事宜。

五、副本抄送各地方政府衛生局，請協助轉知轄內相關醫事機構、其他醫療器材商及藥局配合下架回收。

六、檢附案內相關資料1份。

正本：臺北市藥師公會、臺北市藥劑生公會、台北市醫師公會、台北市醫療器材商業同業公會

副本：各縣市衛生局(除臺北市政府衛生局)(連江縣衛生福利局(已停用)除外)（含附件）、連江縣衛生局（含附件）電子公文交換章 2026/06/09 13:18:03